

## ACİL ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. GENEL HÜKÜMLER

- 1.1. Bu teknik şartname, acil servislerde ve ilk müdahale alanlarında kullanılmak üzere temin edilecek acil arabalarının teknik özelliklerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.
- 1.2. Acil arabası, ilaçların, tıbbi ekipmanların ve aksesuarların düzenli taşınması ve saklanması sağlayan pratik bir tıbbi lojistik çözüm sunmalıdır.
- 1.3. Ürün, sağlık profesyonellerinin hızlı ve etkin müdahalesine destek olacak şekilde ergonomik ve güvenli olmalıdır.

### 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Ürünün gövdesi dayanıklı ABS plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 2.2. Tüm plastik aksamlar kırılmaya, çatlamaya ve UV ışınlarına karşı dirençli olmalıdır.
- 2.3. Kullanılan tüm boyalar ve plastik malzemeler, tıbbi ortama uygun, antibakteriyel yapıda olmalıdır.
- 2.4. Ürün, kolay temizlenebilir düz yüzeylere sahip olmalı, keskin köşe ve çıkıntılar barındırmamalıdır.
- 2.5. Tüm çekmece ve yüzeyler dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 2.6. Arabanın toplam taşıma kapasitesi minimum 100 kg olmalı, her çekmece en az 20 kg yük taşıyabilecek şekilde yapılandırılmalıdır.
- 2.7. Ürün kırmızı-beyaz veya kırmızı/gri renk kombinasyonlarına sahip şık bir tasarıma sahip olmalıdır.
- 2.8. Ürün boyutları 1100 mm (yükseklik) × 870 mm (genişlik) × 600 mm (derinlik) olup, ölçülerde ±10 mm üretim toleransı kabul edilecektir.
- 2.9. Arabada kolay yönlendirme sağlayan ergonomik kulplar bulunmalıdır.
- 2.10. Arabada tek kullanımlık merkezi kilit sistemi standart olarak bulunmalıdır.
- 2.11. Talep edilmesi halinde tekrar kullanılabilir ikinci kilit sistemi de sunulabilmelidir.
- 2.12. Üründe ilaç hazırlamak için açılabilir bir yüzey bulunmalıdır.
- 2.13. Tekerlekler 125 mm çapında olmalı ve çift frenli sistemle donatılmış olmalıdır.
- 2.14. Ürün üzerinde 5 adet çekmece olmalı, bunlardan 2 tanesi küçük, 2 tanesi orta ve 1 tanesi büyük olmalıdır.
- 2.15. Çekmece sayıları müşterinin talebine göre üretim esnasında opsiyonel olarak değiştirilebilir olmalıdır.
- 2.16. Çekmecelerde güvenli fren mekanizması bulunmalıdır.
- 2.17. Tüm çekmeceler kullanıcı tarafından kolayca etiketlenebilir olmalı; ürünle birlikte en az 5 adet boş etiket sağlanmalıdır.
- 2.18. Çekmeceler aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:
  - Küçük çekmece: 61 × 48 × 8 cm
  - Orta çekmece: 61 × 48 × 16 cm
  - Büyük çekmece: 61 × 48 × 25 cm
- 2.19. Çekmece içi bölümlendirme yapılabilir olmalı; küçük çekmeceler için 24 ve 48 bölme, orta çekmeceler için 12 bölme, büyük çekmeceler için 12 bölme seçenekleri sunulmalıdır.
- 2.20. Üç farklı boyutta bölme aparatları bulunmalıdır.
- 2.21. Ürün sevkiyata uygun olarak darbelere karşı korunmuş, köpük veya karton ambalaj içinde teslim edilmelidir.
- 2.22. Ambalaj, forklift veya elle taşımaya uygun şekilde istiflenebilir olmalıdır.

### 3. AKSESUARLAR

- 3.1. Ürünle birlikte 10 litrelik ABS malzemeden üretilmiş **tıbbi atık kovası** standart olarak sunulmalıdır.
- 3.2. Talep edilmesi durumunda **ABS çiftli atık kovası** opsiyonel olarak sağlanabilmelidir.
- 3.3. Ürün, standart olarak **metal defibrilatör sehpası** ile birlikte verilmelidir.
- 3.4. Ayrıca **ABS defibrilatör sehpası** opsiyonel olarak sunulabilmelidir.
- 3.5. Ürünle birlikte **3 gözlü ABS malzeme sepeti** standart olarak verilmelidir.
- 3.6. Arabayla birlikte **10 adet tek kullanımlık kilit** sağlanmalıdır.
- 3.7. Ayrıca **5 adet şeffaf çekmece etiketliği** ürünle birlikte verilmelidir.
- 3.8. İsteğe bağlı olarak **çok kullanımlık kilit mekanizması** sunulabilmelidir.
- 3.9. Arabada **2'li serum askısı** standart olarak yer almalıdır.
- 3.10. Talep edilmesi halinde **4'lü serum askısı** opsiyonel olarak sunulmalıdır.
- 3.11. Ürünle birlikte **3'lü elektrik prizi** opsiyonel olarak sunulabilmelidir.

- 3.12. Talep edilirse ürünle birlikte **metal mobil aspiratör rafı** sağlanabilmelidir.
- 3.13. Arabada **ABS CPR tahtası** standart donanım kapsamında yer almalıdır.
- 3.14. **ABS oksijen tüpü montaj seti (1–3–5 litrelik tüpler için)** standart olarak temin edilebilmelidir.
- 3.15. Talep edilmesi durumunda **metal oksijen tüpü montaj seti** opsiyonel olarak sunulmalıdır.
- 3.16. İsteğe bağlı olarak **iğne atık kutusu** opsiyonel aksesuar olarak sunulabilmelidir.

#### **4. GARANTİ VE SERVİS**

- 4.1. Ürün, imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 4.2. Yedek parça temini **en az 5 yıl** süreyle sağlanmalıdır.

#### **5. TESLİMAT VE KURULUM**

- 5.1. Teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 takvim günü olmalıdır.
- 5.2. Ürün yapısı itibarıyla kolay kurulabilir olmalı, gerektiğinde kullanıcı tarafından montajı anlaşılır şekilde yapılabilmelidir.